

Số: 360 /TTYT-CV

Đường An, ngày 10 tháng 6 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế Bình Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “mua sắm 01 hệ thống lọc nước RO” phục vụ máy chạy thận nhân tạo với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá : Trung tâm Y tế Bình Giang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Phạm Văn Tuấn Chức vụ: Trưởng khoa Dược, TTB-VTTYT

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: thôn Mỹ Trạch - xã Đường An - thành phố Hải Phòng.

- Nhận qua email: khoaduoctybinhgiang@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 11 tháng 6 năm 2026 đến trước 17h ngày 22 tháng 6 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên không được xem xét

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 11/6/2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục: 01 hệ thống xử lý nước RO phục vụ máy chạy thận nhân tạo.

STT	Danh mục	Xuất xứ (Hãng, nước sản xuất)	Thông số kỹ thuật (Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống xử lý nước RO phục vụ máy	Việt Nam	- Công suất 2.100 lít/giờ. - Sản xuất năm 2026, mới 100%. - Gia công lắp ráp: tại Việt Nam. - Hệ thống lọc nước RO cho máy chạy thận đáp ứng nguyên lý ban hành kèm	Hệ thống	01

STT	Danh mục	Xuất xứ (Hãng, nước sản xuất)	Thông số kỹ thuật (Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật)	Đơn vị tính	Số lượng
	chạy thận nhân tạo		<p>Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nước sau khi xử lý, các thành phần và mức nồng độ tối đa cho phép đạt tiêu chuẩn đầu ra theo TCVN 9856:2013 (Tương đương ISO 13959:2009); đạt tiêu chuẩn AAMI . ISO 23500-3:2024 của Hoa kỳ về nước dùng trong điều trị thận nhân tạo và phục vụ các công tác liên quan đến thận nhân tạo như pha dịch, pha hóa chất, rửa quả lọc trước và sau thận nhân tạo. - Đơn vị gia công, lắp đặt có Chứng chỉ ISO:9001; 2015. Chứng chỉ ISO 13485; Hệ thống quản lý thiết bị y tế. ISO 23500-3:2024. - Điện nguồn sử dụng: 220V/50Hz hoặc 380V/50Hz - Môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm: $\geq 70\%$ - Máy chính ≥ 02 công rửa và bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ - Số công rửa: ≥ 2 - Tự động ngâm, xả rửa, môi hóa chất tự động hoàn toàn 		

2. Địa điểm cung cấp lắp đặt: Trung tâm Y tế Bình Giang.

- Địa chỉ: thôn Mỹ Trạch - xã Đường An - thành phố Hải Phòng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo luật đấu thầu hiện hành, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản quy định hiện hành.

5. Các thông tin khác:

Các nhà thầu có năng lực xin gửi báo giá và hồ sơ tham dự đấu thầu theo hướng dẫn của Luật đấu thầu về địa chỉ trên.

Trung tâm Y tế Bình Giang kính đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, Dược,TTB-VTYT

GIÁM ĐỐC

Mai Hải Anh