

Đường An, ngày 06 tháng 7 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: Mua Vật tư tiêu hao Quý III năm 2026 cho TTYT Bình Giang

Kính gửi: Các Công ty, cơ sở kinh doanh trên toàn quốc

Trung tâm Y tế Bình Giang có kế hoạch mua sắm Gói thầu:
Mua Vật tư tiêu hao Quý III năm 2026 cho TTYT Bình Giang.

Trân trọng kính mời quý Công ty, quý nhà thầu gửi Báo giá các mặt hàng mà quý đơn vị có khả năng cung cấp cho TTYT, gửi kèm cùng các hồ sơ liên quan để TTYT có dữ liệu về VTTH, phục vụ công tác mua sắm năm 2026.

Thông tin hàng hóa theo Mẫu Báo giá đi kèm.

Đề nghị đơn vị gửi Biểu chào giá (Mẫu Báo giá) cho chúng tôi qua đường email, đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ sau:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Bình Giang, thôn Mỹ Trạch, xã Đường An, Thành phố Hải Phòng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Phạm Văn Tuấn – Trưởng Khoa Dược -TTBVTYT, SĐT: 0904292356

Hạn cuối cùng nhận Báo giá: 10/7/2026

Xin trân trọng cảm ơn ! 

Nơi nhận:

- Đăng tải trên Website BV;
- Lưu: VT, K. Dược.

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
MAI HẢI ANH



DANH MỤC VẬT TƯ


(Đính kèm Yêu cầu báo giá ngày 07/7/2026 của TTYT Bình Giang)

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Chủng loại/Mã hàng hóa	Hãng, nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Thông số kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	Số ĐKLH/GPNK	Phân loại TTBYT (A, B, C, D)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Phim x-quang laser khô (10x12 inch - 25x30 cm)	Phim X Quang DI-HL 25x30cm	DIHL	Fujifilm Material Manufacturing Co., LTD/ Nhật Bản	150 tờ/ hộp	Phim khô laser cỡ 25x30 cm tương thích máy in phim khô laser Fujifilm, hộp 150 tờ, sử dụng công nghệ Eco Dry thân thiện môi trường, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Mật độ tối đa 3.3	ISO 13485: 2016	240000189/PC BA-HCM	A	Tờ	12.000
2	Que thử nước tiểu 10 thông số	Que thử nước tiểu 10 thông số Multistix 10 SG	10334 754	Siemens Healthcare Diagnostis Inc/ Mỹ	Hộp 100 test	Que thử nước tiểu sử dụng cho máy nước tiểu Clinitek. Que thử có dải ID cung cấp tính năng kiểm tra tự động. - Các chỉ số đo: Glucose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocytes, Speccific Gravity. - Trong đó có các chỉ số dưới đây có độ nhạy như sau: Protein: 15-30 mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062 mg/dL hemoglobin Leukocytes: 5-15 white blood cells/hpf Nitrite: 0.06-0.1 mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125 mg/dL glucose Ketone: 5-10 mg/dL acetoacetic acid Bilirubin: 0.4-0.8 mg/dL bilirubin	ISO 13485: 2016	250001002/PC BB-HCM	B	Hộp	30

Tên đơn vị cung cấp thông tin:

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:



BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty chúng tôi hiện đang cung ứng mặt hàng như sau:

STT	Tên hàng hóa	Chung loại/ Mã hàng hóa	Hãng, nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Thông số kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	Số ĐKLH/ GPNK	Phân loại TTBYT (A, B, C, D)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Phim x - quang laser khô (10x12 inch - 25x30 cm)	DHHL	Fujifilm Material Manufacturin g Co., LTD/ Nhật Bản	150 tờ/ hộp	Phim khô laser cỡ 25x30 cm tương thích máy in phim khô laser Fujifilm, hộp 150 tờ, sử dụng công nghệ Eco Dry thân thiện môi trường, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Mật độ tối đa 3.3	ISO 13485: 2016	240000189/ PCBA-HCM	A	Tờ	12.000		
2	Que thử nước tiểu 10 thông số	10334 754	Siemens Healthcare Diagnostis Inc/ Mỹ	Hộp 100 test	Que thử nước tiểu sử dụng cho máy nước tiểu Clinitek. Que thử có dải ID cung cấp tính năng kiểm tra tự động. - Các chỉ số đo: Glucose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocytes, Speccific Gravity. - Trong đó có các chỉ số dưới đây có độ nhạy như sau: Protein: 15-30 mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062 mg/dL hemoglobin Leukocytes: 5-15 white blood cells/hpf Nitrite: 0.06-0.1 mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125 mg/dL glucose Ketone: 5-10 mg/dL acetoacetic acid Bilirubin: 0.4-0.8 mg/dL bilirubin	ISO 13485: 2016	250001002/ PCBB-HCM	B	Hộp	30		

Lưu ý: Đơn vị báo giá chỉ báo giá loại mặt hàng mà đơn vị cung cấp, các loại mặt hàng khác mà không cung cấp thì đơn vị xóa khỏi Bảng báo giá

....., ngày tháng năm 2026

GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)